Mode d'emploi abrégé



! Le stylo est disponible en vert et en bordeaux. Chaque stylo contient votre médicament contre le diabète dosé différemment. La structure et l'utilisation des deux stylos sont identiques. Dans ce mode d'emploi abrégé, le stylo vert a été utilisé à titre d'exemple dans les illustrations.

Activation – uniquement avant la première administration de la dose avec le stylo

+ Assurez-vous que la fenêtre d'activation soit **orange.** Retirez le capuchon du stylo.

+ Fixez l'aiguille et retirez ses coiffes de protection.

+ Tirez fermement le bouton d'injection jusqu'à la butée. La flèche pointe maintenant en direction de l'aiguille.

+ Appuyez à fond sur le **bouton d'injection.** Vous pouvez sentir ou entendre un **«clic».** Maintenez le bouton d'injection complètement enfoncé, et comptez lentement jusqu'à 5. La dose d'activation est à gicler dans un récipient et éliminée. **Elle n'est pas injectée.**

+ Assurez-vous que la fenêtre d'activation soit maintenant blanche.

Le stylo est désormais activé.

Continuez avec l'étape «Injection» (voir au verso).

Mode d'emploi abrégé

! N'effectuez les étapes suivantes que lorsque la fenêtre d'activation est blanche. N'injectez qu'une dose par jour. La dose est déjà déterminée.

L'injection

+ Vérifiez l'étiquette sur votre stylo afin de vous assurer que vous utilisez le bon médicament.

+ Fixez l'aiguille et retirez ses coiffes de protection. Utilisez toujours une aiguille neuve pour chaque injection.

+ Tirez fermement le bouton d'injection jusqu'à la butée.
– La flèche pointe maintenant en direction de l'aiguille.

+ Piquez l'aiguille **sous la peau** (injection sous-cutanée) dans le ventre, l'avant-bras ou la partie supérieure de la cuisse.
– Appuyez à fond sur le bouton d'injection. Vous pouvez sentir ou entendre un **«clic».**
– Maintenez le bouton d'injection complètement enfoncé et **comptez lentement jusqu'à 5,** pour injecter la totalité de la dose.

+ Votre dose a maintenant été administrée. Retirez l'aiguille de la peau.
– Enlevez l'aiguille et jetez-la après chaque injection.
– Replacez le capuchon sur le stylo.



! Eliminez le stylo 14 jours après l'activation, même s'il reste encore un peu de médicament dans le stylo.

Centre de Service du Diabetes
0180 22 22 010
(Appel depuis un poste fixe : 6 cent/appel Prix pour un appel depuis le réseau mobile : maxi. 42 cent/min)
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Le Centre de Service du Diabète est à votre entière disposition. Vous trouverez des informations supplémentaires sur internet, à l'adresse www.diabetologieportal.de

028606

GOOD DESIGN

product design award 2013

SANOFI DIABETES